



**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
И ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

Относно: Постъпил въпрос за разяснения по документацията за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: **"Доставка на разходомери за газ и резервни части за разходомери за газ"**, разпределена в четири обособени позиции, открита с решение № БТГ-РД-07-11/28.02.2014 г., с идентификационен №: 140-020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване с рег. № БТГ-233-1008 от 12.03.2014 г. за разяснения по документацията за участие и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме отговор в срок на поставения въпрос, както следва:

Въпрос:

Моля, да попълните предложената таблица за допълнително доуточняване на техническата спецификация на исканите разходомери:

За 6"

		Мин.	Нормално	Мах.
Разход -обхват	Ст. m ³ /h			
Температура	°C			
Налягане	bar			
За 10"				
		Мин.	Нормално	Мах.
Разход -обхват	Ст. m ³ /h			
Температура	°C			
Налягане	bar			

Отговор:

В Техническата спецификация по Обособена позиция 1 са дадени минималните изисквания на възложителя:

1. За ултразвукови разходомери 6" в съответствие с т.2.2.1. от Приложение №1 към Пълното описание е $Q_{\max} \geq 1600 \text{ m}^3/\text{h}$.

„Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
идент. № 175203478
ЛЕВА
идент. № по ДДС: BG 175203478
EUR

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Корпоративна търговска банка АД
BIC: KORP BGSF
IBAN: BG11 KORP 9220 1009 1988 01 -
IBAN: BG90 KORP 9220 1409 1988 01 -

2. За ултразвукови разходомери 10" в съответствие с т.2.2.2. от Приложение №1 към Пълното описание е $Q_{max} \geq 5000 \text{ m}^3/\text{h}$.
3. Минималният разход Q_{min} , за ултразвукови разходомери 6" и 10", съгласно т.2.4. от Приложение №1 към Пълното описание, е $Q_{max}/Q_{min} \geq 20$ и в съответствие с 2.1. от Приложение 2 към Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване В сила от 01.01.2007 г. Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г. Обн. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г.
4. Температурата на газа е посочена в т.3. от Приложение №1 към Пълното описание, а именно: Горна граница на температурата – не по-ниска от 40 °С; Долна граница на температурата – не по-висока от минус 10 °С и Температура на околната среда - съгласно Директива 2004/22/ЕО (MID).
5. Максимално работно налягане е 54 bar, съгласно т.2.7. от Приложение №1 към Пълното описание.

Настоящото разяснение на основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП се изпраща до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция и става неразделна част от документацията за участие, която ще се предоставя на други лица.

С уважение,

КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

