

№ БТГ.24-00-638
27.03.2008г.

До
Всички закупили документация
за участие в процедурата

Относно: получени въпроси по документацията на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: “Доставка на инфрачервена цифрова преносима камера за термовизия в реално време”, наш идентификационен номер № 70-104.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси относно обявената обществена поръчка и на основание чл. 10, ал. 2 от НВМОП, Ви представяме нашите отговори, както следва:

Въпрос 1: “Относно техническата спецификация: Всички точки ли са с еднаква тежест? Има ли точки, които са с по-малка тежест? Ако може да кажете кои са точките с най-голяма тежест. По-точно ме интересуват 3.1 и 8.1.”

Отговор 1: Техническите характеристики на предлаганото оборудване, вкл. и тези по т.3.1., трябва да съответстват напълно на посочените в техническата документация на Възложителя изисквания. Удовлетворяването на изискванията по всички позиции от Техническата спецификация (Приложение №1 към Пълното описание на обекта на поръчката) е задължително условие за допускане на офертата до техническа оценка. Само по отношение на т.8.1. предложените параметри на оборудването могат да варират в рамките на посочения диапазон и ще бъдат допуснати до разглеждане и оценяване.

След проверка на съответствието се пристъпва към оценка на предимствата на предлаганото оборудване на един Кандидат спрямо това на друг. На оценка подлежат всички параметри, съгласно изискванията на техническата спецификация.

Въпрос 2: “Ремонтът на уреда само в България при продавача ли трябва да се прави или може и извън България?”

Отговор 2: Няма заложи изисквания относно мястото на извършване на евентуален ремонт на предлаганото оборудване. Съответно, всеки вариант, осигуряващ качествено и бързо гаранционно и следгаранционно обслужване, е удовлетворителен за Възложителя.

Въпрос 3: “Относно т 5.1 ISO9001 – за производителя на оборудването ли се отнася?”

Отговор 3: Производителят на оборудването трябва да има внедрена система за управление на качеството при разработка и производство на това оборудване, което се удостоверява със Сертификат за качество ISO 9001 или аналогичен.

С уважение:

Ангел Семерджиев
Изпълнителен директор

