

ЮЗЕР ИХТИМАН

гр. Ихтиман 2050, П.К. № 62

тел.: 0724 8 54 41, факс: 0724 8 36 09, www.bulgartransgaz.bg

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ



ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Информираме Ви, че на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки "Булгартрансгаз" ЕАД, район Ихтиман с адрес с. Стамболово, община Ихтиман набира оферти за **"Настолен лабораторен хранващ източник"**, съгласно заложените по-долу технически условия.

Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:

1. Предмет на поръчката:

- "Настолен лабораторен хранващ източник" – 2 бр.

Идентификационен номер на поръчката: 1231406

2. Предмет на поръчката и място за изпълнение на доставката

2.1. Да се извърши доставка на лабораторен хранващ източник, отговарящ на техническата спецификация, посочена като приложение към настоящата покана.

Доставката/услугата трябва да бъде изпълнена при спазване на следните изисквания:

- Минималните технически изисквания са посочени в приложението;
- Стоката да отговаря на нормите за качество;
- Стоката да отговаря на нормите за безопасност съгласно националното законодателство;

2.2. Място и условия за изпълнение на доставката:

"Булгартрансгаз" ЕАД, Югозападен Експлоатационен район Ихтиман, София област, община Ихтиман, с. Стамболово.

3. Цена и начин на плащане:

3.1. Оферираната цена да бъде в лева без ДДС като се посочва обща цена и единичните цени и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката съгласно изискванията, посочени в настоящата покана, в т.ч.:

- а) стойността на доставката;
- б) транспортни и всички други разходи за изпълнение на предмета на поръчката;

3.2. Начин на плащане - 100% от цената се заплаща в срок до 10 работни дни след извършване на доставката и представяне на следните документи:

- а) оригинална фактура за дължимата стойност;
- б) приемно-предавателен протокол за извършване на доставката, удостоверяващ

съответствието на извършената доставката с изискванията на възложителя;
в) документи, които следва да придружават стоката са описани в приложението към настоящата покана;

4. Критерий за избор на изпълнител на обществената поръчка:
Критерий за оценка на офертите - "Най-ниска цена".

5. Валидност на офертите - най-малко 60 дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.

6. Срок за извършване на доставката след възлагане на поръчката – не повече от 30 дни.

7. Гаранционни условия: Гаранционен срок не по-малко от 2/две/ години от датата на подписване на приемно-предавателния протокол.

8. Срок и място за представяне на офертите:

Офертите могат да се представят в срок до 17⁰⁰ часа на 23 ноември 2012 г., лично или чрез препоръчана поща на следния адрес:

**“Булгартрансгаз” ЕАД – ЮЗЕР Ихтиман,
ПК62, област София, 2050 гр. Ихтиман
На вниманието на Л. Гергова .**

Офертите постъпили след определения краен срок не се приемат и незабавно се връщат за сметка на подателя.

Допълнителна информация може да получите на тел: 02/939 6131 ;

Лице за контакт : Николай Апостолов – технолог КИПиА , e-mail

Nikolay.Apostolov@bulgartransgaz.bg

9. Съдържание на офертите:

- Подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- Копие на документ за Актуално състояние на участника или посочване на Единен идентификационен код;
- Ценово предложение;
- Подписване на офертата от представляващия/те участника или изрично упълномощено лице с прилагане на пълномощно;
- Точен адрес и лице за кореспонденция.

Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка **или чрез куриерска служба на адреса на «Булгартрансгаз» ЕАД, обл. Софийска, 2069 с. Стамболово.**

Върху плика участникът посочва следните означения: „Оферта“, име на Участника, наименованието и идентификационен номер на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Очакваме Вашите оферти,

С уважение,

Ръководител на Експлоатационен район Ихтиман:.....

/ К. Бонев /



Приложение

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката:	"Настолен лабораторен захранващ източник ",
Идент. номер на поръчката:	1231406

Технически изисквания към "Настолен лабораторен захранващ източник "

1. Линейни регулируеми DC изходи
2. Четири независими канала –
 - 1 канал 0 – 30 V max 3 A
 - 2 канал 0 – 30 V max 3 A
 - 3 канал 2,2 – 5 V max 1 A
 - 4 канал 8 -15V max 1A
3. Първи и втори канал да могат да работят в паралелен и последователен режим.
4. Параметри на 1 и 2 канал
 - 4.1. Нестабилност на напрежението
 - при изменение на захранващото напрежение $\leq (0.01 \% + 3 \text{ mV})$
 - при изменение на тока на натоварване $\leq (0.01 \% + 3 \text{ mV}) (\leq 3\text{A})$
 - пулсации (5 Hz ... 1MHz) $\leq 1 \text{ mV}$ ср.кв.
 - 4.2. Нестабилност на тока
 - при изменение на захранващото напрежение $\leq (0.01 \% + 3 \text{ mA})$
 - при изменение на тока на натоварване $\leq (0.01 \% + 3 \text{ mA}) (\leq 3\text{A})$
 - пулсации (5 Hz ... 1MHz) $\leq 3 \text{ mA}$ ср.кв.
5. Параметри на 3 и 4 канал
 - Нестабилност на напрежението
 - при изменение на захранващото напрежение $\leq 5 \text{ mV}$
 - при изменение на тока на натоварване $\leq 15\text{mV}$
 - пулсации (5 Hz ... 1MHz) $\leq 2 \text{ mV}$ ср.кв
6. Цифрова индикация на тока и напрежението
 - точност на индикацията при измерване под товар $\pm 0,5\%$
 - точност на индикацията при измерване без товар $\pm 0,5\%$
7. Захранващо напрежение - 220/230V 50 Hz
8. Инструкция за експлоатация на български език.
9. Гаранционна карта

Изготвил:


/Н. Апостолов/