

РЕШЕНИЕ

№ БТГ-РД-07-41А от 03.....06.2015 г.

Във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с наименование: „Доставка на системи и уреди за диагностика“, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на системи за диагностика“; обособена позиция № 2 „Доставка на уреди за диагностика“, идент. номер 150-035 на „Булгартрансгаз“ ЕАД, открита с решение БТГ-РД-07-41 от 27.02.2015 г. на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, обявлението за която е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 01351-2015-0042 на 27.02.2015 г.

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и като взех предвид и възприех констатациите, мотивите и предложенията в получените протокол № 1 от 04.05.2015 г., протокол № 2 от 19.05.2015 г. и протокол № 3 от 25.05.2015 г. от работата на назначената комисия и отразените в тях резултати от разглеждането, оценяването и класирането на подадените оферти по горепосочената процедура,

РЕШИХ:

1. Обявявам, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, класирането на участника в открита процедура по ЗОП с горепосоченото наименование по обособена позиция № 2 „Доставка на уреди за диагностика“, съгласно предварително обявения критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“, съгласно методиката за оценка на офертите от документацията за участие в обществената поръчка, както следва:

Място в класирането	Участник	Комплексна оценка
Първо място	„Намикон 2001“ ЕООД, гр. София	96,75 точки

Мотиви: Класираният участник е предложил оферта, която отговаря на изискванията и условията на възложителя от документацията за участие в процедурата.

Във основа на представените към офертата в плик № 1 документи за подбор и допълнително представените документи на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, и информацията, която се съдържа в тях, участникът отговаря на критериите за подбор във връзка с посочените от възложителя в обявлението за обществената поръчка и указанията за подготовка на офертата изисквания по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“, 3, 5, 6, 12, 13 и 14 от ЗОП, в т.ч. минималното изискване за технически възможности, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на класирания участник „Намикон 2001“ ЕООД, гр. София отговаря на техническите изисквания и условия на възложителя от документацията за участие в процедурата:

Участникът ще достави ръчни електромагнитни клещи и ръчен промишлен негаторскоп с денситометър със следните характеристики:

Ръчни електромагнитни клещи:

- Електромагнитните клещи са с контактно изпитване само с променливо поле;
- Захранващо напрежение е 230 V AC, 50/60 Hz;
- Сила на повдигане AC поле е ≥ 45 N;

- Гъвкави магнитни полюси с възможност за промяна на разстоянието между тях;
- Максимално разстояние между полюсите е 304.8 mm;
- Относително време на работа е 50 %;
- Време на задържане е 120 sec.;
- Светлинен източник за осветяване на контролираната зона с бяла светлина - индукционен;
- Тегло ≤ 2.4 kg;
- Температура на работната среда - 0°C – 40 °C;
- Влажност на работната среда – 10 - 95 %;

Промишлен негатоскоп с денситометър със следните характеристики:

- Осигурява преглед на радиограми с оптична плътност до 4.5 D;
- Цвета на светлината, използван за осветяване на радиограмите е бял и минималната яркост на екрана е 130 000 Cd/m² (408 200 Lux);
- Ел. захранване 50 Hz, 220V;
- Равномерност на осветеност (uniformity) 0.95;
- Фактор на разсейване (diffusion factor) 0.95;
- Позволява регулиране яркостта на екрана (димер) от 5 до 100%;
- Температурата на контактните повърхнини на корпуса не надвишава 18 °C след 12 часова работа в прекъснат режим на максимална осветеност;
- Преносим с максимално тегло 4кг;
- Денситометър с обхват на оптична плътност от 0.0 до 4.5 D;
- Точност $\pm 0,02$ D;
- Резолюция 0,01 D;

Предложеният срок на изпълнение на поръчката е 40 дни от датата на подписване на договор. Предложеният гаранционен срок е 24 месеца от датата на доставка.

Предложените от участника продукти отговарят на изискванията на възложителя, посочени в пълното описание на предмета на поръчката и техническата спецификация.

Ценовото предложение на класирания участник отговаря на изискванията на възложителя от документацията за участие. Налице е пълно съответствие на цената на участника, посочена словом и изписана цифром. Участникът е оферирал всички изискуеми количества и вид продукти, като сборът от единичните цени, умножени по съответните количества, отговаря на посочената обща цена без ДДС за изпълнение предмета на поръчката по обособената позиция.

2. Определям за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 2 „Доставка на уреди за диагностика“, участникът, класиран на първо място - „Намикон 2001“ ЕООД, гр. София.

Мотиви: Съгласно мотивите, изложени в т. 1 от настоящото решение.

3. Обявявам, на основание чл. 73, ал. 2 от ЗОП, за отстранени от участие в процедурата по обособена позиция № 2 „Доставка на уреди за диагностика“ участникът „Инновиа“ ЕООД, гр. София на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя по отношение на представеното ценово предложение в плик № 3.

Мотиви: Участникът „Инновиа“ ЕООД, гр. София е представил приложение с единични цени, което не е подписано от представляващия участник или от изрично упълномощено за целта лице, от което следва, че към ценовото предложение на участника не са приложени единични цени на предлаганите уреди, което от своя страна не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в образеца на „Ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката“ от документацията за участие, а именно да бъде представено от участника към ценовото предложение с посочена обща цена за изпълнение на поръчката и приложение, съдържащо единични цени на предлаганите уреди.

Предвид изложеното, ценовото предложение на участника е непълно и не отговаря на изискванията на възложителя по отношение на изготвяне на приложение № 1 към образец О12 „Ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката“. Поради липса на единичните цени на уредите, е обективно невъзможно да бъде направена преценка дали общата цена за изпълнение на поръчката включва всички изискуеми уреди. Също така, съгласно техническата спецификация от документацията за участие, по обособена позиция № 2 се включва доставка на различни видове уреди – 3 броя ръчни електромагнитни клещи - магнитен дефектоскоп и ръчен промишлен негативоскоп с денситометър. В тази връзка не е възможно, единствено на база на общата цена за изпълнение на поръчката по тази обособена позиция, да бъде изчислена цената за един брой от всеки от видовете уреди по съответната обособена позиция.

Във връзка с описаното по-горе, ценовото предложение за изпълнение на поръчката на участника не отговаря на изискванията на възложителя, във връзка с което участникът се отстранява от процедурата по обособена позиция №2, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради обстоятелството, че офертата му не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, на основание чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП, в 10-дневен срок от получаването му от участниците в процедурата по обособена позиция № 2 „Доставка на уреди за диагностика“.

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП екземпляр от настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му на участниците в процедурата по обособена позиция № 2 „Доставка на уреди за диагностика“ и на основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП, решението да се публикува в профила на купувача заедно с протокола на комисията при условията на чл. 226, ал. 3 от ЗОП в деня на изпращането на решението на участниците.

ДЕЛЯН ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

Пълномощник на изпълнителния директор

съгласно пълномощно № БТГ-92-01-126 от 03.06.2015 г.

