

Изх. №135/15.04.2008г.

П О К А Н А

“Булгартрансгаз”ЕАД район Вълчи дол Компресорна станция Кардам набира оферти за доставка на **“Електронен диспенсер”**.Референтен номер 831315 от Годишната програма за инвестиции и поддръжка за 2008г.

Технически изисквания:

1. Изработен съгласно нормите на ISO 9001.
2. Обхват 10µл – 1000µл, стъпка 2,5 µл
3. Грешка 0,2 %.
4. Реагентът да се предпазва от влага или CO₂ с допълнителна изсушаваща тръба.
5. Да е оборудван с телескопичната напълваща тръбичка за различни размери – от 200мм до 320мм.
6. Електронният диспенсер да е окомплектован с мин. 2(два) адаптера за стандартни стъклени банки
7. Да е произведен от висококачествени, издръжливи трудно реагентни материали.
8. Индикатор за ниво на батерията.
9. Изход за данни ,RS 232.

Очакваме Вашите предложения на факс №05131 23-72 или на адрес, чрез препоръчана поща:

Гр.Вълчи дол 9280
“Булгартрансгаз”ЕАД
На вниманието на инж.Друмчо Друмев

Краен срок за набиране на оферти до 17.00ч. часа на 30.04.2008г.

Лице за контакти:инж.Стоян Енчев
Тел: 0888180009